

**Деловодна информация**

Партида на възложителя: 00705	Поделение:
Изходящ номер: ОПД-07-1100 от дата: 15/03/2019 (dd/mm/yyyy)	
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС: да	Съгласен съм с <u>Общите условия</u> на АОП за използване на услугата Електронен подател: да
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 15/03/2019 (dd/mm/yyyy)	
Заведено в преписка: 00705-2019-0003 (nnnnn-uuuu-xxxx)	

**Притурка към Официален вестник на Европейския съюз**Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>**Обявление за поръчка**

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

**Раздел I: Възлагащ орган****I.1) Наименование и адреси<sup>1</sup> (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)**

Официално наименование: МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен АД		Национален регистрационен номер: 119502733	
Пощенски адрес: гр. Сливен, бул. Христо Ботев №1			
Град: Сливен	код NUTS: BG342	Пощенски код: 8800	Държава: България
Лице за контакт: Радост Симеонова - Организатор Маркетинг		Телефон: +359 44611778	
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com		Факс: +359 44624326	
<b>Интернет адрес/и</b>			
Основен адрес: (URL) <a href="http://www.mbal.sliven.net">www.mbal.sliven.net</a>			
Адрес на профила на купувача: (URL) <a href="http://zop.mbal.sliven.net/">http://zop.mbal.sliven.net/</a>			

**I.2) Съвместно възлагане**

<p>Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ</p> <p>В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:</p> <p>Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ</p>
---

**I.3) Комуникация**

<p>Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)</p> <p>(URL): <a href="http://zop.mbal.sliven.net/auctions/78/">http://zop.mbal.sliven.net/auctions/78/</a></p>
<p>Допълнителна информация може да бъде получена от:</p> <p>Горепосоченото/ите място/места за контакт</p>

електронно посредством: НЕ

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

## I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

## I.5) Основна дейност

Здравеопазване

## Раздел II: Предмет

## II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД по 24 обособени позиции	Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28	
II.1.3) Вид на поръчка: Доставки	
II.1.4) Кратко описание: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД по 24 обособени позиции"	
II.1.5) Прогнозна обща стойност <sup>2</sup> Стойност, без да се включва ДДС: 390167.00 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)	
II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да  Оферти могат да бъдат подавани за: всички обособени позиции	

II.2) Описание <sup>1</sup>

II.2.1) Наименование: <sup>2</sup> „Система за тотално циментно тазобедрено протезиране“	Обособена позиция номер: 2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup> Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28	
II.2.3) Място на изпълнение код NUTS: <sup>1</sup> BG342 Основно място на изпълнение: Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.	
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Доставка на Система за тотално циментно тазобедрено протезиране, прогнозно количество - 10 бр. 1. Циментируемо право стебло "Мюлер", без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стеблото от 12? до 20? към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, ?CCD? 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет	

- материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм.
2. Капсула циментна- пълен профил с вътрешен диаметър 32 мм или размери: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; изработена от UHMWPE (ISO 5834-1 +2) с рентенопрозрачен пръстен.
3. Глава - 32 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L, XL, XXL изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) или S, M, L от Bionit, Al203 (ISO 6474-2),
4. Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик);
5. Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик);
6. Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.

**II.2.5) Критерии за възлагане:**

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена

Тежест: 21

**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 23750.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

**II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)**

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

**II.2.10) Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти:

не

**II.2.11) Информация относно опциите**

Опции:

не

Описание на опциите:

**II.2.12) Информация относно електронни каталози**

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

**II.2.14) Допълнителна информация:****II.2) Описание <sup>1</sup>****II.2.1) Наименование:** <sup>2</sup> „Система за хеми тазобедрено протезиране с циментно стебло“

Обособена позиция номер: 2 2

**II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28**II.2.3) Място на изпълнение**код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

**II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)**

Доставка на Система за хеми тазобедрено протезиране с циментно стебло, прогнозно количество - 2 бр.

1. Хемиглава - материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 мм, конус 12/14

2. Циментируемо право стебло "Мюлер", без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стеблото от 12° до 20° към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, ?CCD? 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм.

3. Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик);

4. Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.

**II.2.5) Критерии за възлагане:**

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена

Тежест: 21

**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 4650.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

**II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)**

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

**II.2.10) Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти:

не

**II.2.11) Информация относно опциите**

Опции:

не

Описание на опциите:

**II.2.12) Информация относно електронни каталози**

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

**II.2.14) Допълнителна информация:**

## II.2) Описание <sup>1</sup>

**II.2.1) Наименование:** <sup>2</sup> „Система за еднополюсно (ХЕМИ) тазобедрено

Обособена позиция

Основен CPV код: 1 33183100 Допълнителен CPV код: 1<sup>2</sup> LA28

### II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

### II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за еднополюсно (ХЕМИ) тазобедрено протезиране с биполярна глава и циментно стебло, прогнозно количество - 20 бр.

1. Биполярна Хемиглава - материал FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9, с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 мм, конус 12/14. Модулна, позволяваща избор на размер на метална глава и стглобяване в процеса на операцията.

2. Глава - метална 28 мм външен диаметър, конус 12/14 мм, с размери S, M, L изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12).

3. Циментируемо право стебло "Мюлер", без яка, инклинация в проксималната част на гърба на стеблото от 12? до 20? към оста му според размера на стеблото, удължен конус 12/14 мм, ?CCD? 135 със стандартен 17 мм или латерален 24 мм офсет, дистален край плосък, изострен, надлъжни канали с дълбочина 0.2 мм по дължината на циментируемата част на стеблото с един водещ централен канал с дълбочина 0.5 мм, материал: FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 или CoCrMo (ISO 5832-12); размерна гама: 7.5, 10.00, 11.25, 12.5, 13.75, 15.00, 16.25, 17.50 мм.

4. Костен цимент за стебло с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със или без антибиотик); Костен цимент за ацетабуларна капсула, пластичен (със или без антибиотик);

5. Спринцовка за костен цимент с овална форма на накрайника.

### II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1<sup>2</sup> 20 НЕ

Цена

Тежест: 21

### II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 51000.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

### II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

### II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

### II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:

не

### II.2.11) Информация относно опциите

Опции:

не

Описание на опциите:

### II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

### II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

## II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание <sup>1</sup>

II.2.1) Наименование: <sup>2</sup> „Двуполюсна система за циментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата“

Обособена  
позиция номер: 2  
4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>

Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28

## II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

## II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Двуполюсна система за циментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата, прогнозно количество - 10 бр.

1. Феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм;
2. Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 10 до 16 мм през 1 мм
3. Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм;
4. Ацетабуларна чашка за циментно закрепване - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм;
5. Интрамедуларна тапа - материал смес от 50% желатин; 30% глицерин; 20% вода и 2% метилпарахидроксибензоат с размери 8, 10, 12, 14, 16, 18 мм
6. Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

## II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за качество: <sup>1 2 20</sup> НЕ

Цена

Тежест: <sup>21</sup>

## II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 23333.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

## II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

## II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

## II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:

не

не

Описание на опциите:

**II.2.12) Информация относно електронни каталози**

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

**II.2.14) Допълнителна информация:****II.2) Описание <sup>1</sup>****II.2.1) Наименование:** <sup>2</sup> „Еднополюсна система за циментно тазобедрено протезиране с биполярна глава“Обособена позиция номер: <sup>2</sup> 5**II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28**II.2.3) Място на изпълнение**код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

**II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)**

Доставка на Еднополюсна система за циментно тазобедрено протезиране с биполярна глава, прогнозно количество - 10 бр.

1. Феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм;

2. Биполярна глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; размер от 43 до 58 мм през 1 мм; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм

3. Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм

4. Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 10 до 16 мм през 1 мм

5. Интрамедуларна тапа - материал смес от 50% желатин; 30% глицерин; 20% вода и 2% метилпарахидроксибензоат с размери 8,10,12,14,16,18мм

6. Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

**II.2.5) Критерии за възлагане:**

Критериите по-долу

Критерий за качество: <sup>1 2 20</sup> НЕ

Цена

Тежест: <sup>21</sup>**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 24170.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки**Продължителност в месеци: <sup>24</sup>

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

процедури)  
 Очакван брой кандидати:  
 или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)  
 Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

**II.2.10) Информация относно вариантите**  
 Ще бъдат приемани варианти:

не

**II.2.11) Информация относно опциите**  
 Опции:

не

Описание на опциите:

**II.2.12) Информация относно електронни каталози**

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

**II.2.14) Допълнителна информация:**

## II.2) Описание <sup>1</sup>

**II.2.1) Наименование:** <sup>2</sup> „Система за хибридно тазобедрено протезиране с триантиротационни крила на стеблата с циментно стебло, безциментна капсула плазмакап“

Обособена  
 позиция  
 номер: <sup>2</sup> 6

**II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**

Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28

**II.2.3) Място на изпълнение**  
 код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

**II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)**

Доставка на Система за хибридно тазобедрено протезиране с триантиротационни крила на стеблата с циментно стебло, безциментна капсула плазмакап, прогнозно количество – 1 бр.

1 Феморално стебло с циментно закрепване – с три крила за повишаване на ротационната стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм;

2 Феморална глава – материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ;

3 Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване – материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове.

4 Интрамедуларна тапа – материал смес от 50% желатин; 30% глицерин; 20% вода и 2% метилпарахидроксибензоат с размери 8,10,12,14,16,18мм

5 Дистален централизатор за циментно стебло – материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм

6 Инсърт за ацетабуларна чашка – материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм.

7 Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка – материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм

8 Костен цимент – 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет

**II.2.5) Критерии за възлагане:**

Критериите по-долу



Цена

Тежест: 21

**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 3417.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

**II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)**

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

**II.2.10) Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти:

не

**II.2.11) Информация относно опциите**

Опции:

не

Описание на опциите:

**II.2.12) Информация относно електронни каталози**

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

**II.2.14) Допълнителна информация:****II.2) Описание <sup>1</sup>****II.2.1) Наименование:** <sup>2</sup> „Циментна двуполусна протеза“Обособена позиция номер: <sup>2</sup> 7**II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28**II.2.3) Място на изпълнение**код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

**II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)**

Доставка на Циментна двуполусна протеза, прогнозно количество - 10 бр.

1. Бедрена компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Бедрено стебло с циментна фиксация тип „Мюлер“, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стеблото да няма ямка за избиване на стеблото за да не се отслаби неговата якост. Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6,25; 7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2.

Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики:

Ацетабуларна капсула с циментна фиксация- от полиетилен UHMWPE с рентгенопозивен пръстен и сферично заключени нарезки за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm. Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането ѝ, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 mm за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване. Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът

Материал: Implant steel морзов конус 12/14. Размери: ?32 мм, дължина къса /S/; средна /M/, дълга /L/, екстра дълга /XL/, както и размер /XXL/. Циментен рестриктор - стандартен или резорбируем. Костен цимент с нисък или среден вискозитет и равномерна фаза на полимеризация - Стерилен комплект, включващ 40 гр. мономер на прах и 1 бр. ампула полимер - втвърдител.

#### II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена

Тежест: 21

#### II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 21670.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

#### II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

#### II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

#### II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:

не

#### II.2.11) Информация относно опциите

Опции:

не

Описание на опциите:

#### II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

#### II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

#### II.2.14) Допълнителна информация:

### II.2) Описание <sup>1</sup>

II.2.1) Наименование: <sup>2</sup> Еднополjusна протеза с БИ- артикуларна глава"

Обособена позиция номер: 2 8

#### II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>

Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28

#### II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

#### II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Еднополjusна протеза с БИ- артикуларна глава, прогнозно количество - 20 бр.

1. Бедрена компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Белрено

стеблото за да не се отслаби неговата якост. Размери: 7: анодизирани стебла за циментна фиксация с р/ри от 6,25; 7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2. Хемипротезна биартикуларна глава комплект състоящ се от външна метална капсула изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12) с размери 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm , вътрешна полиетиленова фложка с диаметър 28 mm. и фабрично капсулована метална глава с вътрешен конус 12/14. Циментен рестриктор - стандартен или резорбируем. Костен цимент с нисък или среден вискозитет и равномерна фаза на полимеризация - Стерилен комплект, включващ 40 гр. мономер на прах и 1 бр. ампула полимер - втвърдител.

**II.2.5) Критерии за възлагане:**

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 HE

Цена

Тежест: 21

**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 43340.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

**II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)**

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

**II.2.10) Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти:

не

**II.2.11) Информация относно опциите**

Опции:

не

Описание на опциите:

**II.2.12) Информация относно електронни каталози**

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: HE

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

**II.2.14) Допълнителна информация:****II.2) Описание <sup>1</sup>****II.2.1) Наименование:** <sup>2</sup> „Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно полирано стебло“

Обособена позиция номер: 2 9

**II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28**II.2.3) Място на изпълнение**код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. Христо Ботев" № 1

**указване на потребности и изисквания)**

Доставка на Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно полирано стебло, прогнозно количество - 4 бр.

1. Изцяло полирано стебло от стоманена сплав с Мюлеров дизайн с долен преплеснат и заоблен край. Без централайзер. Повърхността на стеблото да не създава микрорелеф върху залепващия я цимент. Ограничаваща импакцията бразда в проксималния край. Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Ъгъл на шийката 135 градуса, диаметър на конуса на шийката 12/14. Размери на стеблата: 9,10,11,12,13,14,15,16.

2. Биполарната глава да се състои от външна метална капсула от материал стоманена сплав, произведена според на ISO 5832-1 за металната капсула и с външни размери на металната капсула 42,44,46,48,50,52,54,56,58мм. Вътрешна полиетиленова вложка с ретенционен пръстен, импактирана в металната капсула от материал UHMWPE според ISO 5834-2 за полиетиленовата вложка и вътрешни размери на полиетиленовата вложка 28мм. Пръстенът да задържа добавената в последствие метална глава, която може да бъде както от стомана така и от керамика, като по този начин да контактува от една страна с металната феморална глава на металното стебло, а от друга с биологичния ацетабулум. Биполарната капсула да се предлага стерилизирана от гама радиационни лъчи и да е за еднократна употреба. Не трябва да се престерилизира. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 ф 28 - четири размера : - 3,5 ; 0 ; +3,5 ; +7. Циментен рестриктор - стандартен или резорбируем.

Костен цимент с нисък или среден вискозитет и равномерна фаза на полимеризация - Стерилен комплект, включващ 40 гр. мономер на прах и 1 бр. ампула полимер - втвърдител

**II.2.5) Критерии за възлагане:**

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена

Тежест: 21

**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 8668.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

**II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)**

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

**II.2.10) Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти:

не

**II.2.11) Информация относно опциите**

Опции:

не

Описание на опциите:

**II.2.12) Информация относно електронни каталози**

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

**II.2.14) Допълнителна информация:**

II.2) Описание <sup>1</sup>

II.2.1) Наименование: <sup>2</sup> „Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и циментна капсула“	Обособена позиция номер: <sup>2</sup> 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup> Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> 1A28	
II.2.3) Място на изпълнение код NUTS: <sup>1</sup> BG342 Основно място на изпълнение: Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.	
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Доставка на Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и циментна капсула, прогнозно количество - 2 бр. 1. Изцяло полирано стебло от стоманена сплав с Мюлеров дизайн с долен преплеснат и заоблен край. Без централайзер. Повърхността на стеблото да не създава микрорелеф върху залепващия я цимент. Ограничаваша импакцията бразда в проксималния край. Издължена полирана шийка стеснена в средния диаметър с размери, не повече от в предно-задния край 13мм и в страничните краища 10мм. Ъгъл на шийката 135 градуса, диаметър на конуса на шийката 12/14. Размери на стеблата : 9,10,11,12,13,14,15,16. 2. Полусферични полиетиленови капсули, произведени от полиетилен UHWMPE според ISO 5834-2 В екваториалната област да е вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав произведена по спецификациите на ISO 5832-1. Да има четири меридиални канала, които да разделят полусферата на четири равни площи и да има един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата. Размери на вътрешния диаметър 28мм. Размери на външния диаметър 44,46,48,50,52,54,56,58мм. Същите капсули да се предлагат с антилуксационна стреха +10 градуса дисплазия, като и специален маркиращ канал обозначаващ 0 градуса антиверзия. Размери на вътрешния диаметър 28мм. Размери на външния диаметър 44,46,48,50,52,54,56,58мм. 3. Сферични метални глави с външен диаметър 28мм. Произведени от стоманена сплав ISO 5832-1 Вътрешен конус на металната глава 12/14 размери на шийката на металната глава -3,5 ; 0 ; +3,5 ; +7. Циментен рестриктор - стандартен или резорбируем. Стерилен комплект, включващ 40 гр. мономер на прах и 1 бр. ампула полимер - втвърдител.	
II.2.5) Критерии за възлагане: Критериите по-долу  Критерий за качество: <sup>1 2 20</sup> HE  Цена Тежест: <sup>21</sup>	
II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 4334.00 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки Продължителност в месеци: <sup>24</sup>  Тази поръчка подлежи на подновяване: да  Описание на подновяванията: След 24 месеца	
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2) Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти: не	

Опции:

не

Описание на опциите:

**II.2.12) Информация относно електронни каталози**

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

**II.2.14) Допълнителна информация:****II.2) Описание <sup>1</sup>****II.2.1) Наименование:** <sup>2</sup> „Тотална циментна ендопротеза за тазобедрена става“Обособена позиция номер: <sup>2</sup>  
11**II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28**II.2.3) Място на изпълнение**код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

**II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)**

Доставка на Тотална циментна ендопротеза за тазобедрена става, прогнозно количество - 2 бр.

Концентричен ацетабуларен компонент, пълна външна хемисфера с набраздена структура за по-добра стабилност и контакт с костния цимент. Наличие на рентгенографски маркер - метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна проследяемост. Вътрешен ръб на чашката позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 28 мм. Размери - най-малко 8 размера; Материал: UHMWPE.

Ацетабуларна, полиетиленова компонента, пълна външна хемисфера с набраздена структура с концентрични и напречни прорези за по-добра стабилност и контакт с костния цимент, изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Наличие на рентгенографски маркер - метален пръстен, способстващ за локализиране на правилната позиция на ацетабуларния компонент и пост-оперативна проследяемост. Наличие на ацетабуларен фланец за подобряване на ацетабуларната фиксация и оптимално задържане на цимента в ацетабулума. Фланеца да има лазерни маркери за изрязване за съответния размер. Вътрешен ръб на чашката, позволяващ по-добро обхващане на феморалната глава и увеличаване на стабилността. Вътрешен диаметър от 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32мм, 36мм. Най-малко 7 размера в серия.

Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.

Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28 мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум.

Латерализации +1.5, +5, +8.5, +12; Материал: Co-Cr.

Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.; Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г, 20г.

**II.2.5) Критерии за възлагане:**

Критериите по-долу

Критерий за качество: <sup>1 2 20</sup> НЕ

**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 4666.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

**II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)**

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

**II.2.10) Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти:

не

**II.2.11) Информация относно опциите**

Опции:

не

Описание на опциите:

**II.2.12) Информация относно електронни каталози**

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

**II.2.14) Допълнителна информация:****II.2) Описание <sup>1</sup>****II.2.1) Наименование:** <sup>2</sup> „Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и циментно бедрено стебло“Обособена  
позиция  
номер: <sup>2</sup> 12**II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28**II.2.3) Място на изпълнение**код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

**II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)**

Доставка на Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и циментно бедрено стебло, прогнозно количество - 10 бр. Биполярна глава, съвместима с конус 12/14 и вътрешен диаметър 28mm. Външен диаметър с най-малко 23 размера в серия, започващи от 39mm. Латерализация на главите най-малко 4 размера. Материал: CO-CR-MO и UHMWPE сплав.

Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и samozаклучване в канала на фемура. В дисталния си край стеблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.

Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.; Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г, 20г.

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена

Тежест: 21

**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 21670.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

**II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)**

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

**II.2.10) Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти:

не

**II.2.11) Информация относно опциите**

Опции:

не

Описание на опциите:

**II.2.12) Информация относно електронни каталози**

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

**II.2.14) Допълнителна информация:****II.2) Описание <sup>1</sup>**

**II.2.1) Наименование:** <sup>2</sup> „Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от безциментна ацетабуларна компонента и циментно бедрено стебло“

Обособена  
позиция  
номер: 2 13

**II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**

Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28

**II.2.3) Място на изпълнение**код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

**II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)**

Доставка на Тотална хибридна система за тазобедрено ендопротезиране, съставена от безциментна ацетабуларна компонента и циментно бедрено стебло, прогнозно количество - 2 бр.

Тазобедрено стебло за циментно закрепване без яка стандартно и латерализирано. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стебло, цялостно полирано. Проксимално трапецоидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стеблото улеснява неговото поставяне и samozaklyuchvane в канала на фемура. В дисталния си



Материал: Ti-6Al-4V сплав.

Титаниева капсула с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с поръзен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери - най-малко 10 размера; Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност.

Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 28 мм. Най-малко 2 възможности за вложка - неутрална и 10°. Размери: най-малко 10 размера от вид; Материал: UHMWPE.

Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 мм; дължини - 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.

"Феморална глава съвместима с конус 12/14. Диаметър 28 мм. Металната глава е с висока степен на полиране за свеждане на триенето до минимум.

Латерализации +1.5, +5, +8.5, +12; Материал: Co-Cr."

Костен цимент, среден или висок визкозитет, без антибиотик - 40, 20гр.; Костен цимент, със среден или вискозитет-рентгено-позитивен с антибиотик-40г,20г.

#### II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена

Тежест: 21

#### II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 6500.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

#### II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

#### II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

#### II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:

не

#### II.2.11) Информация относно опциите

Опции:

не

Описание на опциите:

#### II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

#### II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

#### II.2.14) Допълнителна информация:

### II.2) Описание <sup>1</sup>

II.2.1) Наименование: <sup>2</sup> „Система за циментно тазобедрено протезиране с три

Обособена позиция

Основен CPV код: 1 33183100 Допълнителен CPV код: 1 2 LA28

### II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

### II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на Система за циментно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата с плазмакап, прогнозно количество - 5 бр.

1.Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм;

2.Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм, 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм,

3.Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове.

4.Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм.

5.Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм

### II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена

Тежест: 21

### II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 18335.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

### II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

### II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

### II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:

не

### II.2.11) Информация относно опциите

Опции:

не

Описание на опциите:

### II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

не

**II.2.14) Допълнителна информация:****II.2) Описание <sup>1</sup>**

**II.2.1) Наименование:** <sup>2</sup> „Система за хибридно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата с безциментно стебло, циментна капсула“

Обособена  
позиция  
номер: <sup>2</sup> 15

**II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**

Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28

**II.2.3) Място на изпълнение**

код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

**II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)**

Доставка на Система за хибридно тазобедрено протезиране с три антиротационни крила на стеблата с безциментно стебло, циментна капсула, прогнозно количество - 2 бр.

1 Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 μm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм;

2 Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ;

3 Ацетабуларна чашка за циментно закрепване - материал полиетилен със свръхвисока молекулярна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм;

4 Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет.

**II.2.5) Критерии за възлагане:**

Критериите по-долу

Критерий за качество: <sup>1 2 20</sup> HE

Цена

Тежест: <sup>21</sup>

**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 6666.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

**II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)**

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

**II.2.10) Информация относно вариантите**

Ще бъдат приемани варианти:

не

не

Описание на опциите:

**II.2.12) Информация относно електронни каталози**

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

**II.2.14) Допълнителна информация:****II.2) Описание <sup>1</sup>****II.2.1) Наименование:** <sup>2</sup> „Система за хибридно тазобедрено протезиране с безциментно стебло и биполярна глава“Обособена позиция номер: <sup>2</sup> 16**II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**Основен CPV код: <sup>1</sup> 33183100 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> LA28**II.2.3) Място на изпълнение**код NUTS: <sup>1</sup> BG342

Основно място на изпълнение:

Аптека и Склад за медицински изделия на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

**II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)**

Доставка на Система за хибридно тазобедрено протезиране с безциментно стебло и биполярна глава, прогнозно количество - 5 бр.

1 Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм;

2 Биполярна глава - материал кобалтхроммолибденова сплав с размери от 43 до 55 мм през 1 мм с фиксиращ пръстен за захващане към феморалната глава

3 Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм

**II.2.5) Критерии за възлагане:**

Критериите по-долу

Критерий за качество: <sup>1 2 20</sup> НЕ

Цена

Тежест: <sup>21</sup>**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 15835.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

**II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки**

Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

да

Описание на подновяванията:

След 24 месеца

**II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)**

Очакван брой кандидати:

или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: