



МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул. "Христо Ботев" 1, Изпълнителен директор: 044/611 701
Централа: 044/611 700, факс: 044/624 326, e-mail: mbal.sl@iradeum.com



ПРОТОКОЛ

№ 1/30.03.2016 г.

На 30.03.2016 г. от 10.00 часа комисия, назначена със Заповед РД- 10-169/30.03.2016 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" – АД гр.Сливен в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалинка Спасова – Зам.директор по административните дейности на МБАЛ-АД-Сливен

ЧЛЕНОВЕ: 1. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен;
2. Красимира Танева – Главна мед. сестра на МБАЛ-АД-Сливен при МБАЛ-АД-Сливен
3. Пенка Динкова – ст.м.с. на ХО при МБАЛ-АД-Сливен – МБАЛ – АД – Сливен;
4. Радост Симеонова – Организатор „Маркетинг“ при МБАЛ-АД-Сливен

се събра в пълен състав и започна своята работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен”**, която се провежда по реда и условията на Закона за обществените поръчки, обявена с Решение № РД-10-99/16.02.2016 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" – АД гр.Сливен.

Комисията се запозна със списъка с постъпилите оферти и в изпълнение на чл. 35, ал. 3 от ЗОП всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП.

Комисията констатира, че

За участие в открития конкурс са подадени 14 /четирнадесет/ предложения:

вх.№ СН-05-1/23.03.2016 г.-10.30 ч. „3 МЕД“ ЕООД гр.СОФИЯ;

вх.№ СН-05-2/24.03.2016 г.-11.20 ч. „ЕКОМЕТ-90” ЕООД гр.СОФИЯ;

вх.№ СН-05-3/28.03.2016 г.-10.00 ч. „БИКОМЕД” ООД гр.СОФИЯ;

вх.№ СН-05-4/28.03.2016 г.-11.07 ч. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.СОФИЯ;

вх.№ СН-05-5/28.03.2016 г.-11.10 ч. „РЕЙ МЕДИКАЛ” ЕООД гр.СОФИЯ;

вх.№ СН-05-6/28.03.2016 г.-11.55 ч. “Медицинска техника инженеринг” ООД гр. София;

вх.№ СН-05-7/29.03.2016 г.-09.10 ч. “МЕДИТЕХ” ООД гр. София;

вх.№ СН-05-8/29.03.2016 г.-09.30 ч. “Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД гр. София;

вх.№ СН-05-9/29.03.2016 г.-09.40 ч. “АЛЕКС 01” ЕООД гр. София;

вх.№ СН-05-10/29.03.2016 г.-09.45 ч. “Софарма Трейдинг” АД гр. София;

вх.№ СН-05-11/29.03.2016 г.-09.52 ч. “ХИМТЕКС” ООД гр. Димитровград;

вх.№ СН-05-12/29.03.2016 г.-11.00 ч. “ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД гр. Варна;

вх.№ СН-05-13/29.03.2016 г.-11.30 ч. “Истлинк България” ЕООД гр. Пловдив;

вх.№ СН-05-14/29.03.2016 г.-12.30 ч. “АГАРТА-ЦМ” ЕООД гр. София.

При отварянето на офертите в 10.00 часа на 30.03.2016 г. не присъстваха участници или техни упълномощени представители и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. Не присъстваха други лица, по смисъла на чл. 68, ал. 3, пр. последно.

Комисията пристъпи към изпълнение на задълженията си по чл. 68, като отвори офертите по реда на тяхното постъпване, провери наличието на три отделни запечатани плика и направи следните изводи:

Предложение вх.№ СН-05-1/23.03.2016 г.-10.30 ч. „3 МЕД” ЕООД гр.СОФИЯ

Участникът участва за обособена позиция № 3 „ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО”.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Плик № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в него.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-2/24.03.2016 г.-11.20 ч. „ЕКOMET-90” ЕООД гр.СОФИЯ

Участникът участва за обособени позиции № 1 „СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ”; № 3 „ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО”; № 9 „ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО”; № 10 „РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД”; № 27 „Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово кодиране на диаметъра”.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” /Плик № 2 е представен за всяка една от петте обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена”. /Плик № 3 е представен за всяка една от петте обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-3/28.03.2016 г.-10.00 ч. „БИКОМЕД” ООД гр.СОФИЯ

Участникът участва за обособена позиция № 32 „ОФТАЛМОЛОГИЧНИ КОНСУМАТИВИ”.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Плик № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в него.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-4/28.03.2016 г.-11.07 ч. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.СОФИЯ

Участникът участва за обособени позиции № 1 „СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ”; № 3 „ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ

НЕГО”; № 7 „СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ПЕРФУЗИЯ”; № 9 „ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО”; № 10 „РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД” и № 14 „ОБЩ КОНСУМАТИВ”.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” /Плик № 2 е представен за всяка една от шестте обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена”. /Плик № 3 е представен за всяка една от шестте обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-5/28.03.2016 г.-11.10 ч. „РЕЙ МЕДИКАЛ”
ЕООД гр.СОФИЯ

Участникът участва за обособени позиции № 20 „РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , PGA,ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ”; № 22 „СЕТ ЗА ЕПИЗИОТОМИЯ”; № 23 „НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ” и № 25 „НАТУРАЛЕН ПЛЕТЕН КОНЕЦ С ИГЛА”.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” /Плик № 2 е представен за всяка една от четирите обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена”. /Плик № 3 е представен за всяка една от четирите обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-6/28.03.2016 г.-11.55 ч. “Медицинска техника инженеринг” ООД гр. София

Участникът участва за обособени позиции № 1 „СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ”; № 2 „ИГЛИ ЗА СПРИНЦОВКИ ТИП ЛУЕР С ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ 18G 20G 22 G”; № 3 „ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО”; № 4 „СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ И КАНЮЛИ”; № 5 „Канюли за инфузия с инжекционна клапа със самоактивиращ се предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан /PUR/и флуороетиленпропилен/ФЕР/ с вградени рентгенопозитивни нишки по цялата дължина”; № 6 „МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРФУЗОР”; № 7 „СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ПЕРФУЗИЯ”; № 8 „КАТЕТРИ И СОНДИ”; № 9 „ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО”; № 10 „РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД”; № 11 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ БЕЗ ПУДРА”; № 12 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ”; № 14 „ОБЩКОНСУМАТИВ”; № 15 „Дренажи и дренажни системи”; № 16 „ТОРАКАЛНИ ДРЕНАЖИ”; № 17 „СЕТ ЗА АСПИРАЦИЯ”; № 20 „РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , PGA, ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ”; № 21 „БЪРЗО РЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЪТЕН PGA – ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ”; № 22 „СЕТ ЗА ЕПИЗИОТОМИЯ”; № 23 „НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ”; № 25 „НАТУРАЛЕН ПЛЕТЕН КОНЕЦ С ИГЛА”; № 26 „ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ И ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С БАЛОН”; № 27 „Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово кодиране на диаметъра”; № 28 „СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ”; № 30 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН КОНСУМАТИВ” и № 31 „СТОМАКОЛЕКТОР”.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор“, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ /Плик № 2 е представен за всяка една от двадесет и шестте обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена“. /Плик № 3 е представен за всяка една от двадесет и шестте обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена“.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-7/29.03.2016 г.-09.10 ч. “МЕДИТЕХ” ООД
гр. София

Участникът участва за обособени позиции № 20 „РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , PGA,ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ“; № 23 „НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ“ и № 25 „НАТУРАЛЕН ПЛЕТЕН КОНЕЦ С ИГЛА“.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор“, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ /Плик № 2 е представен за всяка една от трите обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена“. /Плик № 3 е представен за всяка една от трите обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена“.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и

м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-8/29.03.2016 г.-09.30 ч. “Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД гр. София

Участникът участва за обособени позиции № 3 „ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО”; № 4 „СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ И КАНЮЛИ”; № 5 „Канюли за инфузия с инжекционна клапа със самоактивиращ се предпазен метален механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан /PUR/и флуороетиленпропилен/PEP/ с вградени рентгенопозитивни нишки по цялата дължина”; № 6 „МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРФУЗОР”; № 10 „РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД”; № 11 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ БЕЗ ПУДРА”; № 12 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ”; № 17 „СЕТ ЗА АСПИРАЦИЯ”; № 18 „ПЛАТНО ЗА ПЛАСТИКА НА КОРЕМНА СТЕНА”; № 20 „РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , PGA,ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ”; № 21 „БЪРЗО РЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЪТЕН PGA –ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ”; № 22 „СЕТ ЗА ЕПИЗИОТОМИЯ”; № 23 „НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ”; № 24 „МОНОФИЛАМЕНТНИ ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ”; № 25 „НАТУРАЛЕН ПЛЕТЕН КОНЕЦ С ИГЛА”; № 27 „Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово кодиране на диаметъра”; № 28 „СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ”; № 29 „ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ” и № 31 „СТОМАКОЛЕКТОР”.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” /Плик № 2 е представен за всяка една от деветнадесетте обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена”. /Плик № 3 е представен за всяка една от деветнадесетте обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-9/29.03.2016 г.-09.40 ч. “АЛЕКС 01” ЕООД гр. София

Участникът участва за обособени позиции № 4 „СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ И КАНЮЛИ”; № 9 „ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО”; № 10 „РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД”; № 11 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ БЕЗ ПУДРА”; № 12 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ” и № 14 „ОБЩ КОНСУМАТИВ”.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” /Плик № 2 е представен за всяка една от шестте обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена”. /Плик № 3 е представен за всяка една от шестте обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-10/29.03.2016 г.-09.45 ч. “Софарма
Трейдинг” АД гр. София

Участникът участва за обособени позиции № 1 „СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ“; № 3 „ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО“; № 4 „СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ И КАНЮЛИ“; № 6 „МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРФУЗОР“; № 7 „СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ПЕРФУЗИЯ“; № 8 „КАТЕТРИ И СОНДИ“; № 9 „ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО“; № 10 „РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД“; № 11 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ БЕЗ ПУДРА“; № 12 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ“; № 14 „ОБЩ КОНСУМАТИВ“; № 19 „ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ , АНТИМИКРОБНИ, ПЛЕТЕНИ , НЕСТЕРИЛНИ“; № 20 „РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , PGA, ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ“; № 21 „БЪРЗО РЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЪТЕН PGA – ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ“; № 23 „НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ“; № 24 „МОНОФИЛАМЕНТНИ ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ“; № 25 „НАТУРАЛЕН ПЛЕТЕН КОНЕЦ С ИГЛА“ и № 27 „Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово кодиране на диаметъра“.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор“, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ /Плик № 2 е представен за всяка една от осемнадесетте обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена“. /Плик № 3 е представен за всяка една от осемнадесетте обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член. подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена“.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член. подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-11/29.03.2016 г.-09.52 ч. “ХИМТЕКС” ООД гр. Димитровград

Участникът участва за обособени позиции № 1 „СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ”; № 2 „ИГЛИ ЗА СПРИНЦОВКИ ТИП ЛУЕР С ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ 18G 20G 22 G”; № 3 „ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО”; № 4 „СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ И КАНЮЛИ”; № 9 „ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО”; № 10 „РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД”; № 11 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ БЕЗ ПУДРА”; № 12 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ”; № 13 „Стерилни ръкавици за акушерство и гинекология” и № 14 „ОБЩ КОНСУМАТИВ”.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” /Плик № 2 е представен за всяка една от десетте обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена”. /Плик № 3 е представен за всяка една от десетте обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-12/29.03.2016 г.-11.00 ч. “ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД гр. Варна

Участникът участва за обособени позиции № 10 „РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД“; № 20 „РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , PGA,ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ“; № 21 „БЪРЗО РЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЪТЕН PGA – ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ“ и № 23 „НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ“.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор“, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ /Плик № 2 е представен за всяка една от четирите обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена“. /Плик № 3 е представен за всяка една от четирите обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена“.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-13/29.03.2016 г.-11.30 ч. “Истлинг България” ЕООД гр. Пловдив

Участникът участва за обособени позиции № 1 „СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ“; № 2 „ИГЛИ ЗА СПРИНЦОВКИ ТИП ЛУЕР С ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ 18G 20G 22 G“; № 3 „ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО“; № 4 „СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ И КАНЮЛИ“; № 6 „МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРФУЗОР“; № 7 „СИСТЕМИ ЗА ИНFUЗИЯ, ТРАНСFUЗИЯ И ПЕРFUЗИЯ“; № 8 „КАТЕТРИ И СОНДИ“; № 9 „ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО“; № 10 „РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД“; № 11 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ БЕЗ ПУДРА“; № 12 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ“; № 14 „ОБЩ КОНСУМАТИВ“; №15 „Дренажи и дренажни системи“; № 18 „ПЛАТНО ЗА ПЛАСТИКА НА КОРЕМНА СТЕНА“; № 26 „ТРАХЕОСТОМНИ

КАНЮЛИ И ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С БАЛОН”; № 27 „Игли за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово кодиране на диаметъра”; № 30 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН КОНСУМАТИВ” и № 31 „СТОМАКОЛЕКТОР”.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” /Плик № 2 е представен за всяка една от осемнадесетте обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена”. /Плик № 3 е представен за всяка една от осемнадесетте обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена”.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

Предложение вх.№ СН-05-14/29.03.2016 г.-12.30 ч. “АГАРТА-ЦМ”
ЕООД гр. София

Участникът участва за обособени позиции № 1 „СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ”; № 2 „ИГЛИ ЗА СПРИНЦОВКИ ТИП ЛУЕР С ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ 18G 20G 22 G”; № 3 „ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО”; № 4 „СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ И КАНЮЛИ”; № 6 „МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРФУЗОР”; № 7 „СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ПЕРФУЗИЯ”; № 8 „КАТЕТРИ И СОНДИ”; № 9 „ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО”; № 10 „РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД”; № 11 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ БЕЗ ПУДРА”; № 12 „СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ”; № 13 „Стерилни ръкавици за акушерство и гинекология”; № 14 „ОБЩ КОНСУМАТИВ”; № 16

„ТОРАКАЛНИ ДРЕНАЖИ“; № 17 „СЕТ ЗА АСПИРАЦИЯ“; № 26 „ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ И ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С БАЛОН“ и № 30 „АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН КОНСУМАТИВ“.

Участникът е представил три отделни плика: Плик № 1 „Документи за подбор“, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ /Плик № 2 е представен за всяка една от седемнадесетте обособени позиции, за които участва/ и Плик № 3 „Предлагана цена“. /Плик № 3 е представен за всяка една от седемнадесетте обособени позиции, за които участва/.

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха Пликове № 3 „Предлагана цена“.

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и м.с. Красимира Танева – член, подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това свое действие комисията отвори Плик № 1 и оповести документите, които той съдържа и констатира следното:

Участникът е представил Списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащ документите приложени в офертата и подписан от него. Всички описани в списъка документи бяха налични в приложената оферта /виж Приложение № 1/.

С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията.

След това комисията разгледа документите в Плик № 1 „Документи за подбор“ за съответствие с критериите за подбор и констатира следното:

Предложение вх.№ СН-05-1/23.03.2016 г.-10.30 ч. „3 МЕД“ ЕООД гр.СОФИЯ

Участникът е представил всички необходими документи в Плик № 1 „Документи за подбор“ /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Освен изрично изискуемите от закона и Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи /посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол/, участникът е представил и следните документи:

1. Инструкции за употреба на предлаганите медицински консумативи.

Предвид горното Комисията единодушно реши, че участникът „3 МЕД“ ЕООД гр.СОФИЯ е представил всички необходими документи в Плик № 1 „Документи за подбор“. Представените документи и мостри са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Предложение вх.№ СН-05-2/24.03.2016 г.-11.20 ч. „ЕКОМЕТ-90” ЕООД гр.СОФИЯ

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор“ /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

2. Представените от участника мостри **НЕ ОТГОВАРЯТ** на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи **по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи.”

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на изискването на Възложителя : **„Мострите да бъдат в оригинални опаковки, по два броя**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи” за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

2.1. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР** и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО : Участникът е представил по 1 брой мостри от номенклатурните единици в позицията, а именно : Канюла изработена от политетрафлуоретилен, капаче за абокат – стерилно и Трипътно спирателно кранче за абокат.

2.2. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО :**

- 9.1. Маски меки, трислойни с връзки – липсват мостри.

- за всички останали номенклатурни единици в позицията представените мостри не са в оригинални опаковки.

2.3. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД** : за всички номенклатурни единици в позицията представените мостри не са в оригинални опаковки, представени са по 1 чифт от вид.

Комисията констатира, че предложението **не отговаря** на изискванията на Закона за обществените поръчки и Възложителя. Изготвено, подадено и прието от Възложителя в установения срок, **но участникът не е представил** мостри или представените мостри не отговарят на изискванията на Възложителя.

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника „ЕКОМЕТ-90“ ЕООД гр.СОФИЯ **срок 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия Протокол № 1**, да представи допълнително мостри за:

1. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕГЪР** и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО – по 1 брой от всяка номенклатурна единица;

2. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО** – да представи мострите от всяка номенклатурна единица в оригинална опаковка;

3. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД**– да представи мострите от всяка номенклатурна единица в оригинална опаковка;

Предложение вх.№ СН-05-3/28.03.2016 г.-10.00 ч. „БИКОМЕД” ООД гр.СОФИЯ

Участникът е представил всички необходими документи в Плик № 1 „Документи за подбор” /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Освен изрично изнекуемите от закона и Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи /посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол/, участникът е представил и следните документи:

1. Оторизационни писма;
2. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта;

3. Инструкции за употреба

Предвид горното Комисията единодушно реши, че участникът „БИКОМЕД“ ООД гр.СОФИЯ е представил всички необходими документи в Плик № 1 „Документи за подбор“. Представените документи и мостри са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Предложение вх.№ СН-05-4/28.03.2016 г.-11.07 ч. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр.СОФИЯ

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор“ /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

2. Представените от участника мостри **НЕ ОТГОВАРЯТ** на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи **по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи.“

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на изискването на Възложителя : **„Мострите да бъдат в оригинални опаковки, по два броя.** за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи“ за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

2.1. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ** - Участникът е представил по 1 брой мостри от номенклатурните единици в позицията;

2.2. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО** - Участникът е представил по 1 брой мостри от номенклатурните единици в позицията;

2.3. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ПЕРФУЗИЯ** - Участникът е представил по 1 брой мостри от номенклатурните единици в позицията;

2.4. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО** – за номенклатурна единица **9.6** – „Калцун кьен от полиетилен . дължина 38-41“ е представен 1 брой калцун, който не е в оригинална опаковка.

2.5. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД** – за номенклатурни единици 10.2. „Ръкавици за преглед латекс леконапудрени“ и

10.3. „Ръкавици за преглед латекс без пудра” са представени по 1 чифт без оригинална опаковка.

2.6. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЩ КОНСУМАТИВ :**

- 14.1 Остриета за скалпели ,различни размери №10 до №24 - представена 1 брой мостра.

14.3 ЕКГ електроди за възрастни - представени по 1 брой без оригинална опаковка.

14.4 ЕКГ електроди за монитор - деца- представени по 1 брой без оригинална опаковка.

14.7 Пъпни клампи- представена 1 брой мостра.

14.8 Ленти за родилки и бебета,комплект,сини и розови- представена 1 брой мостра – синя за дете, липсва за родилка;

14.9 Шпатули за гърло дървени, с гладки краища за деца и възрастни – липсва мостра;

14.10 Контейнер за микробиологично изследване-15 мл, стерилен,PVC с винтово капаче, без шпатулка- представена 1 брой мостра.

14.11 Контейнер за секрети 75-100 мл стерилен, изработен от твърда пластмаса, стабилна основа, с капачка на винт и плътно затваряне- представена 1 брой мостра.

14.12 Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , нестерилен - представена 1 брой мостра.

14.13 Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , стерилен- представена 1 брой мостра.

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.СОФИЯ **срок 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия Протокол № 1**, да представи допълнително мостри в оригинални опаки за:

1. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ** - по 1 брой мостри от номенклатурните единици в позицията;

2. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР** и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО - по 1 брой мостри от номенклатурните единици в позицията;

3. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ПЕРФУЗИЯ** - по 1 брой мостри от номенклатурните единици в позицията;

4. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО** – за номенклатурна единица **9.6** – „Калцунни къси от полиетилен , дължина 38-41” - 1 брой в оригинална опаковка.

5. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД** – за номенклатурни единици 10.2. „Ръкавици за преглед латекс леконापудрени” и

10.3. „Ръкавици за преглед латекс без пудра” - по 1 кутия /оригинална опаковка.

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЩ КОНСУМАТИВ :

14.1 Остриета за скалпели ,различни размери №10 до №24 - 1 брой мостра.

14.3 ЕКГ електроди за възрастни - по 1 брой в оригинална опаковка.

14.4 ЕКГ електроди за монитор - деца- по 1 брой в оригинална опаковка.

14.7 Пъпни клампи- 1 брой мостра.

14.8 Ленти за родилки и бебета,комплект,сини и розови- по 1 брой мостра – синя за дете и за родилка и розова – дете и родилка;

14.9 Шпатули за гърло дървени, с гладки краища за деца и възрастни – 2 мостри:

14.10 Контейнер за микробиологично изследване-15 мл, стерилен,PVC с винтово капаче, без шпатулка- 1 брой мостра.

14.11 Контейнер за секрети 75-100 мл стерилен, изработен от твърда пластмаса, стабилна основа. с капачка на винт и плътно затваряне- 1 брой мостра.

14.12 Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , нестерилен - 1 брой мостра.

14.13 Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , стерилен- 1 брой мостра.

Предложение вх.№ СН-05-5/28.03.2016 г.-11.10 ч. „РЕЙ МЕДИКАЛ”
ЕООД гр.СОФИЯ

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор” /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Освен изрично изискуемите от закона и Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи /посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол/, участникът е представил и следните документи:

- Удостоверение за актуално състояние;
- Нотариално заверено пълномощно за представителство]
- Инструкции за употреба

2. Представените от участника мостри НЕ ОТГОВАРЯТ на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински

изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи."

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на изискването на Възложителя : **„Мострите да бъдат по два броя, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи"** за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

I. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , PGA,ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ**

20.1 Дебелина на конца 0; дължина на конца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни - представена 1 брой мостра

20.2 Дебелина на конца 0; дължина на конца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 22, резербируем до 90 дни - представена 1 брой мостра

20.3 Дебелина на конца 2/0; дължина на конца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни- представена 1 брой мостра

20.4 Дебелина на конца 2/0; дължина на конца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни- представена 1 брой мостра

20.5 Дебелина на конца 2/0; дължина на конца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни- представена 1 брой мостра

20.6 Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{3}{8}$;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни- представена 1 брой мостра

20.7 Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 75 см;вид на иглата режеща ;форма на иглата $\frac{3}{8}$;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни- представена 1 брой мостра

20.8 Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни- представена 1 брой мостра

20.9 Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни- представена 1 брой мостра

20.10 Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни- представена 1 брой мостра

20.11 Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни - представена 1 брой мостра

20.12 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни -- представена е 1 брой мостра с HR на иглата 25,9, вместо изискуемата от Възложителя HR на иглата 30;

20.13 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни-- представена е 1 брой мостра с HR на иглата 25,9, вместо изискуемата от Възложителя HR на иглата 30;

20.17 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{3}{8}$; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни - представена е мостра с HR на иглата 17, вместо изискуемата от Възложителя HR на иглата 19-24

20.35 Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 37 резербируем до 90 дни - - представена е мостра с HR на иглата 17, вместо изискуемата от Възложителя HR на иглата 37

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРВИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ

23.7. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{3}{8}$; размер на иглата HR 19-24 – предоставени мостри с дебелина на конеца 3/0, вместо изискуемата от Възложителя 4/0;

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника „РЕЙ МЕДИКАЛ“ ЕООД гр.СОФИЯ срок **5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия Протокол № 1**, да представи допълнително мостри в оригинални опаковки за:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРВИРУЕМ ПЛЕТЕН , PGA, ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

20.1 Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни - 1 брой мостра

20.2 Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 22, резербируем до 90 дни - 1 брой мостра

20.3 Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни- 1 брой мостра

20.4 Дебелина на конца 2/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни- 1 брой мостра

20.5 Дебелина на конца 2/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни- 1 брой мостра

20.6 Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{3}{8}$; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни- 1 брой мостра

20.7 Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 75 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата $\frac{3}{8}$; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни- 1 брой мостра

20.8 Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни- 1 брой мостра

20.9 Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни- 1 брой мостра

20.10 Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни- 1 брой мостра

20.11 Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни - 1 брой мостра

20.12 Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни - 2 броя мостри с HR на иглата 30;

20.13 Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни- 2 броя мостри с HR на иглата 30;

20.17 Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{3}{8}$; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни - 2 броя мостри HR на иглата 19-24

20.35 Дебелина на конца 5/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 37 резербируем до 90 дни - 2 броя мостри с HR на иглата 37

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ

23.7. Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{3}{8}$; размер на иглата HR 19-24 – 2 броя мостри с дебелина на конца 4/0;

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор” /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

2. Представените от участника мостри **НЕ ОТГОВАРЯТ** на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи **по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи.”

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на изискването на Възложителя : **„Мострите да бъдат по два броя в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи” за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЩ КОНСУМАТИВ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

14.11. Контейнер за секрети 75-100 мл стерилен, изработен от твърда пластмаса, стабилен основа, с капачка на винт и плътно затваряне;

14.12. Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета, нестерилен.

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН . PGA.ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

20.4. Дебелина на конеца 2/0: дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни;

20.6. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 3/8;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни;

- 20.9. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни;
- 20.11. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни
- 20.12. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни
- 20.17. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни
- 20.18. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни
- 20.19. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19, резербируем до 90 дни
- 20.20. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 90 дни
- 20.21. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни
- 20.22. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни
- 20.23. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 180 дни
- 20.28. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни
- 20.31. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48 резербируем до 120 дни
- 20.34 Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48 резербируем до 180 дни
- 20.35 Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 37 резербируем до 90 дни
- 20.36 Дебелина на конеца 0; 5 x 45 см; вид на иглата кръгла-разкачаема ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 36-37 резербируем до 90 дни;

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

20.10. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни - предоставени са мостри с размер на иглата HR 26;

20.13. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни - предоставени са мостри с размер на иглата HR 22;

20.15. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 26, резербируем до 120 дни - предоставени са мостри с размер на иглата HR 22.

20.25. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на режещата ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни - предоставени са мостри с размер на иглата HR 40.

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

23.1. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режещата ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 30

23.3. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режещата ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 16

23.6. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19

23.9. Дебелина на конеца 6/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 10.8

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 НАТУРАЛЕН ПЛЕТЕН КОНЕЦ С ИГЛА

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

25.1. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режещата ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30 – предоставените мостри са с размер на иглата HR 26;

25.3. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режещата ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19 - предоставените мостри са с размер на иглата HR 16;

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 ТРАХЕОСТОМНИ КАНИУЛИ И ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С БАЛОН

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

26.7. Тръба интубационна армирана с балон: № 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ -№28 СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

28.2. Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 1,3 x 80 мм, G 18 x 3 1/2", спринцовка с липса на съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 x 0,45 мм и дължина 100 см, ясна маркировка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 микрометра, устойчив на налягане до 7 бара.

28.4. Епидурални игли №16 G-110 мм.

7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН КОНСУМАТИВ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

30.1. Удължител тип човка към анестезиологична и дихателна апаратура.

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД гр.СОФИЯ срок **5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия Протокол № 1**, да представи допълнително по 2 броя мостри в оригинални опаковки за:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЩ КОНСУМАТИВ

14.11. Контейнер за секрети 75-100 мл стерилен, изработен от твърда пластмаса, стабилна основа, с капачка на винт и плътно затваряне;

14.12. Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета, нестерилен.

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , PGA,ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

20.4. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата ½;размер на иглата NR 30, резербируем до 120 дни;

- 20.36 Дебелина на конеца 0; 5 x 45 см; вид на иглата кръгла-разкачаема ;форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 36-37 резербируем до 90 дни;
- 20.10. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни - предоставени са мостри с размер на иглата HR 26;
- 20.13. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни - предоставени са мостри с размер на иглата HR 22;
- 20.15. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 26, резербируем до 120 дни - предоставени са мостри с размер на иглата HR 22.
- 20.25. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на режеща ;форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ

- 23.1. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ;форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 30
- 23.3. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ;форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 16
- 23.6. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19
- 23.9. Дебелина на конеца 6/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 10.8

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 НАТУРАЛЕН ПЛЕТЕН КОНЕЦ С ИГЛА

- 25.1. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30 – предоставените мостри са с размер на иглата HR 26;
- 25.3. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ;форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19 - предоставените мостри са с размер на иглата HR 16;

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ И ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ С БАЛОН

- 26.7. Тръба интубационна армирана с балон; № 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - №28 СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ

28.2. Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 1,3 x 80 мм, G 18 x 3 1/2", спринцовка с липса на съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 x 0,45 мм и дължина 100 см, ясна маркировка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 микрометра, устойчив на налягане до 7 бара.

28.4. Епидурални игли №16 G-110 мм.

7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН КОНСУМАТИВ

30.1. Удължител тип човка към анестезиологична и дихателна апаратура.

Предложение вх.№ СН-05-7/29.03.2016 г.-09.10 ч. "МЕДИТЕХ" ООД гр. София

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор” /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Освен изрично изискуемите от закона и Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи /посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол/, участникът е представил и следните документи:

1. Оторизационни писма;
2. Инструкции за употреба.

2. Представените от участника мостри **НЕ ОТГОВАРЯТ** на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи **по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи.”

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на изискването на Възложителя : **„Мострите да бъдат по два броя в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи” за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

**1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , РГА,ПЪЛНО
РАЗГРАЖДАНЕ**

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

20.4 Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.6 Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{3}{8}$;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни

20.12 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.13 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.17 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{3}{8}$;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни

20.19 Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата режесца ;форма на иглата $\frac{3}{8}$;размер на иглата HR 19, резербируем до 90 дни

20.20 Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HRG 48, резербируем до 90 дни

20.21 Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни

20.24 Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни

20.28 Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни

20.29 Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HRG 48, резербируем до 180 дни

20.30 Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HRG 48 резербируем до 90 дни

20.31 Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HRG 48 резербируем до 120 дни

20.33 Дебелина на конеца 2; дължина на конеца 5 x70 см; лигатура резербируем до 90 дни

20.34 Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48 резербируем до 180 дни

20.36 Дебелина на конеца 0; 5 x 45 см; вид на иглата кръгла-разкачаема ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 36-37 резербируем до 90 дни.

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

20.2. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 22, резербируем до 90 дни – предоставените мостри са с размер на иглата HR 27;

20.25. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на режещата ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни - предоставените мостри са с размер на иглата HR 40

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРВИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

23.9. Дебелина на конеца 6/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 10.8;

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

23.3. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режещата ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 16 - предоставените мостри са с размер на иглата HR 21.

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 НАТУРАЛЕН ПЛЕТЕН КОНЕЦ С ИГЛА

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

25.3. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режещата ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19- предоставените мостри са с размер на иглата HR 24

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника "МЕДИТЕХ" ООД гр. София **срок 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия Протокол № 1**, да представи допълнително по 2 броя мостри в оригинални опаковки за:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , РГА,ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

20.4 Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.6 Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 3/8;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни

20.12 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.13 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.17 Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 3/8;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни

20.19 Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата режеща ;форма на иглата 3/8;размер на иглата HR 19, резербируем до 90 дни

20.20 Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48, резербируем до 90 дни

20.21 Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни

20.24 Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни

20.28 Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни

20.29 Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48, резербируем до 180 дни

20.30 Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48 резербируем до 90 дни

20.31 Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48 резербируем до 120 дни

20.33 Дебелина на конеца 2; дължина на конеца 5 x70 см; лигатура резербируем до 90 дни

20.34 Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48 резербируем до 180 дни

20.36 Дебелина на конеца 0: 5 x 45 см; вид на иглата кръгла-разкачаема ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 36-37 резербируем до 90 дни.

20.2. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 22, резербируем до 90 дни ;

20.25. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на режещата ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни;

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ

23.9. Дебелина на конеца 6/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 10.8;

23.3. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режещата ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 16;

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 НАТУРАЛЕН ПЛЕТЕН КОНЕЦ С ИГЛА

25.3. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режещата ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19;

Предложение вх.№ СН-05-8/29.03.2016 г.-09.30 ч. "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД гр. София

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор” /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Освен изрично изискуемите от закона и Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи /посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол/, участникът е представил и следните документи:

1. Инструкции за употреба;
2. Нотариално заверено пълномощно за представителство.

2. Представените от участника мостри НЕ ОТГОВАРЯТ на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи.”

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на изискването на Възложителя : „Мострите да бъдат по два броя в оригинални опаковки, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи” за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 СЕТ ЗА АСПИРАЦИЯ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

17.2. Канюла за аспирация СН-24; СН 30.

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , РГА,ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

20.1. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни

20.2. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 22, резербируем до 90 дни

20.4. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.5 Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни

20.6. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{3}{8}$;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни

20.11. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни

20.12. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.30. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48 резербируем до 90 дни

20.31. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48 резербируем до 120 дни

20.32. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца 5 x 70 см; лигатура резербируем до 90 дни

20.33. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца 5 x 70 см; лигатура резербируем до 90 дни

20.34. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48 резербируем до 180 дни

20.35. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 37 резербируем до 90 дни

20.36. Дебелина на конеца 0; 5 x 45 см; вид на иглата кръгла-разкачаема ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 36-37 резербируем до 90 дни

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

20.3. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни -- предоставени са 8 бр. мостри, с размер на иглата HR 26.

20.7. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни -- предоставената мостра е с дебелина на конеца 4/0.

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 БЪРЗО РЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЪТЕН PGA – ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

21.1. Дебелина на конеца 0; 5 x 70 см; лигатура

21.2. Дебелина на конеца 1; 2 x 70 см; лигатура

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация : за всички номенклатурни единици в позицията.

Комисията констатира , че за мостри по позицията, участникът е представил :

- 2 бр. конци с Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца 75 см; форма на иглата 1/2 ; размер на иглата HR 22;
- 16 бр. конци с Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца 75 см; форма на иглата 1/2 ; размер на иглата HR 21., които не отговарят на техническата спецификация.

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 МОНОФИЛАМЕНТНИ ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация : за всички номенклатурни единици в позицията.

Комисията констатира , че за мостри по позицията, участникът е представил 4 бр. еднакви конци. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца 75 см; форма на иглата 1/2; размер на иглата TS 15, които не отговарят на техническата спецификация.

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № - 27 ИГЛИ ЗА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И ДИАГНОСТИЧНА ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация за номенклатурна единица :

27.1. ИГЛА спинална. Диаметър G 18, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке – предоставената мостра е с дължина 80 мм.

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника “Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД гр. София **срок 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия Протокол № 1**, да представи допълнително по 2 броя мостри в оригинални опаковки за:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 СЕТ ЗА АСПИРАЦИЯ

17.2. Канюла за аспирация СН-24; СН 30.

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , РГА,ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

20.23. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48, резербируем до 180 дни

20.24. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни

20.25. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на режеща ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни

20.26. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни

20.27. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48, резербируем до 90 дни

20.28. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни

20.29. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48, резербируем до 180 дни

20.30. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48 резербируем до 90 дни

20.31. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48 резербируем до 120 дни

20.32. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца 5 x70 см; лигатура резербируем до 90 дни

20.33. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца 5 x70 см; лигатура резербируем до 90 дни

20.34. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48 резербируем до 180 дни

20.35. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 37 резербируем до 90 дни

20.36. Дебелина на конеца 0; 5 x 45 см; вид на иглата кръгла-разкачаема ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 36-37 резербируем до 90 дни

20.3. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни ;

20.7. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата $\frac{3}{8}$; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни.

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 БЪРЗО РЕЗЕРВИРУЕМ , ПЛЪТЕН PGA – ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

21.1. Дебелина на конеца 0; 5 x 70 см; лигатура

21.2. Дебелина на конеца 1; 2 x 70 см; лигатура

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРВИРУЕМ , ПЛЪТЕН КОНЕЦ

За всички номенклатурни единици в позицията.

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 МОНОФИЛАМЕНТНИ ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ

За всички номенклатурни единици в позицията.

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № - 27 ИГЛИ ЗА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И ДИАГНОСТИЧНА ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ

27.1. ИГЛА спинална. Диаметър G 18, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке – предоставената мостра е с дължина 80 мм.

Предложение вх.№ СН-05-9/29.03.2016 г.-09.40 ч. “АЛЕКС 01” ЕООД гр. София

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор” /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Освен изрично изискуемите от закона и Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи /посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол/, участникът е представил и следните документи:

1. Удостоверение за БУЛСТАТ;
2. Каталог на стерилни лепенки за абокат.

2. Представените от участника мостри **НЕ ОТГОВАРЯТ** на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи **по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи.”

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на изискването на Възложителя : „**Мострите да бъдат по два броя в оригинални опаковки,** за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи” за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

9.4. Престилки за посетители от нетъкан текстил, с дълъг ръкав, плетен маншет, връзки;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

12.2. Латексови стерилни ръкавици ортопедични, цвят кафяв;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЩ КОНСУМАТИВ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

14.1. Остриета за скалпели ,различни размери №10 до №24;

14.2. Дръжка за острие за скалпел;

14.4. ЕКГ електроди за монитор – деца;

14.6. Контактен гел за Ултразвукова диагностика туби х 5л;

14.7. Пъпни клампи;

14.8. Ленти за родилки и бебета, комплект, сини и розови;

14.12. Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , нестерилен ;

14.13. Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , стерилен;

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника “АЛЕКС 01” ЕООД гр. София **срок 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия Протокол № 1,** да представи допълнително по 2 броя мостри в оригинални опаковки за:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

9.4. Престилки за посетители от нетъкан текстил, с дълъг ръкав, плетен маншет, връзки;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ

12.2. Латексови стерилни ръкавици ортопедични, цвят кафяв;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЩ КОНСУМАТИВ

14.1. Остриета за скалпели ,различни размери №10 до №24;

14.2. Дръжка за острие за скалпел;

14.4. ЕКГ електроди за монитор – деца;

14.7. Пъпни клампи;

14.8. Ленти за родилки и бебета, комплект, сини и розови;

14.12. Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , нестерилен ;

14.13. Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , стерилен.

Предложение вх.№ СН-05-10/29.03.2016 г.-09.45 ч. “Софарма Трейдинг” АД гр. София

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор” /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Освен изрично изискуемите от закона и Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи /посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол/, участникът е представил и следните документи:

1. Удостоверение за актуално състояние;
2. Нотариално заверено пълномощно за представителство;
3. Инструкции за употреба;
4. Каталози и брошури на предлаганите медицински консумативи;
5. Декларация за срок на валидност на офертата.

2. Представените от участника мостри **НЕ ОТГОВАРЯТ** на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи **по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи.”

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на изискването на Възложителя : „Мострите да бъдат по два броя в оригинални опаковки. за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи” за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 КАТЕТРИ И СОНДИ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

8.3. Катетър Пецеров, различни размери №14;16;18;20; 22;

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

12.2. Латексови стерилни ръкавици ортопедични, цвят кафяв--предоставените мостри са с ръкавици за микрохирургия и офталмология.

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЩ КОНСУМАТИВ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

14.2. Дръжка за острие за скалпел;

14.4. ЕКГ електроди за монитор – деца;

14.5. Контактен гел за Ултразвукова диагностика 250мл;

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , РГА,ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

20.1. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата ½;размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни;

20.2. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата ½;размер на иглата HR 22, резербируем до 90 дни;

20.4. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата ½;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни;

20.22. Дебелина на конца 1; дължина на конца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни

20.23. Дебелина на конца 0; дължина на конца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48, резербируем до 180 дни

20.25. Дебелина на конца 1; дължина на конца приблизително 70 см; вид на режещата; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни

20.26. Дебелина на конца 1; дължина на конца приблизително 70 см; вид на кръгла; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни

20.27. Дебелина на конца 1; дължина на конца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48, резербируем до 90 дни

20.28. Дебелина на конца 1; дължина на конца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

20.24. Дебелина на конца 1; дължина на конца приблизително 70 см; вид на кръгла; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни - предоставената мостра е с размер на иглата HR 40;

20.29. Дебелина на конца 1; дължина на конца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла; форма на иглата $\frac{1}{2}$; размер на иглата HRG 48, резербируем до 180 дни - предоставената мостра е с размер на иглата HR 40.

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 БЪРЗО РЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЪТЕН PGA –ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

Липсват мостри за всички номенклатурни единици от позицията :

21.1. Дебелина на конца 0; 5 x 70 см; лигатура;

21.2. Дебелина на конца 1; 2 x 70 см; лигатура;

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

23.1. Дебелина на конца 2/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата режещата; форма на иглата $\frac{3}{8}$; размер на иглата HR 30

- 23.2. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща : форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 24
- 23.3. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща : форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 16
- 23.4. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла : форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24
- 23.5. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща : форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24
- 23.6. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла : форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19
- 23.8. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла : форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24
- 23.9. Дебелина на конеца 6/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла : форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 10.8

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

- 23.7. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла : форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24 - предоставената мостра е с размер на иглата HR 16.

7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 МОНОФИЛАМЕНТНИ ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

- 24.2. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 45 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата TS 18-19
- 24.3. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 45 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата TS 18-19
- 24.4. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 45 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата TS 15

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

- 24.1. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 45 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата TS 18-19 - предоставената мостра е с Дебелина на конеца 4/0 и размер на иглата TS 16.

8. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 НАТУРАЛЕН ПЛЕТЕН КОНЕЦ С ИГЛА

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

25.1. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 30;

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

25.3. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ;форма на иглата 3/8/;размер на иглата HR 19 - предоставената мостра е с размер на иглата HR 30 .

9. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № - 27 ИГЛИ ЗА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И ДИАГНОСТИЧНА ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

27.2. ИГЛА спинална. Диаметър G 20, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке;

27.4. ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке;

27.5 ИГЛА спинална. Диаметър G 27, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

27.3. ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке – предоставената мостра е с Диаметър G 21.

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника “Софарма Трейдинг” АД гр. София **срок 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия Протокол № 1**, да представи допълнително по 2 броя мостри в оригинални опаковки за:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 КАТЕТРИ И СОНДИ

8.3. Катетър Пецеров, различни размери №14;16;18;20; 22;

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ

12.2. Латексови стерилни ръкавици ортопедични, цвят кафяв;

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЩ КОНСУМАТИВ

14.2. Дръжка за острие за скалпел;

14.4. ЕКГ електроди за монитор – деца;

14.5. Контактен гел за Ултразвукова диагностика 250мл;

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , РГА,ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

20.1. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни;

20.2. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 22, резербируем до 90 дни;

20.4. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни;

20.5. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни;

20.6. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{3}{8}$;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни;

20.8. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни

20.9. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни;

20.10. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни;

20.11. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни

20.12. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни;

20.13. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни;

20.15. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 26, резербируем до 120 дни

20.16. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата $\frac{1}{2}$;размер на иглата HR 26, резербируем до 180 дни

- 20.17. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни
- 20.18. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни
- 20.19. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19, резербируем до 90 дни
- 20.20. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 90 дни
- 20.21. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни
- 20.22. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни
- 20.23. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 180 дни
- 20.25. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на режеща ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни
- 20.26. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни
- 20.27. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 90 дни
- 20.28. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни
- 20.24. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни;
- 20.29. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 180 дни;

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 БЪРЗО РЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЪТЕН PGA – ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

- 21.1. Дебелина на конеца 0; 5 x 70 см; лигатура;
- 21.2. Дебелина на конеца 1; 2 x 70 см; лигатура;

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ

- 23.1. Дебелина на конца 2/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 30
- 23.2. Дебелина на конца 2/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 24
- 23.3. Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 16
- 23.4. Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24
- 23.5. Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24
- 23.6. Дебелина на конца 5/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19
- 23.8. Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24
- 23.9. Дебелина на конца 6/0; дължина на конца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 10.8
- 23.7. Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24;

7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 МОНОФИЛАМЕНТНИ ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ

- 24.2. Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 45 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата TS 18-19
- 24.3. Дебелина на конца 5/0; дължина на конца приблизително 45 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата TS 18-19
- 24.4. Дебелина на конца 5/0; дължина на конца приблизително 45 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата TS 15
- 24.1. Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 45 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата TS 18-19

8. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 НАТУРАЛЕН ПЛЕТЕН КОНЕЦ С ИГЛА

- 25.1.** Дебелина на конца 1; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30;
- 25.3. Дебелина на конца 2/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19.

9. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № - 27 ИГЛИ ЗА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И ДИАГНОСТИЧНА ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ**

27.2. ИГЛА спинална. Диаметър G 20, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке;

27.4. ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке;

27.5 ИГЛА спинална. Диаметър G 27, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке

27.3. ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке.

Предложение вх.№ СН-05-11/29.03.2016 г.-09.52 ч. "ХИМТЕКС" ООД гр. Димитровград

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор” /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Освен изрично изискуемите от закона и Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи /посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол/, участникът е представил и следните документи:

1. Извадки от каталози:

2. Представените от участника мостри **НЕ ОТГОВАРЯТ** на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи **по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи.”

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на изискването на Възложителя : **„Мострите да бъдат по два броя в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи” за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

Участникът е представил по 1 бр. мостра от номенклатурните единици в позициите, за които участва.

1. БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ

Липсват моистри за следните номенклатурни единици от позицията :

1.5. Спринцовка 1cc с игла 27G x 1/2 трикомпонентна с деление на скалата 0.02 - (туберкулинова спринцовка);

2. БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ИГЛИ ЗА СПРИНЦОВКИ ТИП ЛУЕР С ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ 18G 20G 22 G

Предоставените моистри не отговарят на техническата спецификация : Иглите не са тип „Луер лок” и не са в оригинална опаковка.

4. БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ И КАНЮЛИ

Предоставените моистри не отговарят на техническата спецификация :

4.1 Стерилна превръзка за интравенозен катетър прозрачна от полиуретанов филм. с прорез за фиксиране на катетри и канюли размер 6/7 см или 8/6-- предоставената моистра не е прозрачна, а е от нетъкан материал.

5. БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

Предоставените моистри за номенклатурните единици не са в оригинални опаковки.

6. БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД

Предоставените моистри за номенклатурните единици са по 1 чифт и не са в оригинални опаковки.

7. БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЩ КОНСУМАТИВ

Моистрата не е в оригинална опаковка за номенклатурни единици :

14.2. Дръжка за острие за скалпел;

14.3. ЕКГ електроди за възрастни;

14.9. Шпатули за гърло дървени, с гладки краища за деца и възрастни

14.12. Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , нестерилен

14.13. Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , стерилен

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

14.4. ЕКГ електроди за монитор – деца;

14.6. Контактен гел за Ултразвукова диагностика туби x 5л

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника "ХИМТЕКС" ООД гр. Димитровград **срок 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия Протокол № 1**, да представи допълнително :

1. По 1 брой мостри в оригинални опаковки за:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО – за всички номенклатурни единици.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД– за всички номенклатурни единици.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЩ КОНСУМАТИВ

14.2. Дръжка за острие за скалпел;

14.3. ЕКГ електроди за възрастни;

14.9. Шпатули за гърло дървени, с гладки краища за деца и възрастни

14.12. Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , нестерилен

14.13. Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета , стерилен

2. По 2 броя мостри в оригинални опаковки за:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 СПРИНЦОВКИ И ИГЛИ

1.5. Спринцовка 1cc с игла 27G x 1/2 трикомпонентна с деление на скалата 0.02 - (туберкулинова спринцовка);

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ИГЛИ ЗА СПРИНЦОВКИ ТИП ЛУЕР С ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ 18G 20G 22 G

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ И КАНЮЛИ

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

4.1 Стерилна превръзка за интравенозен катетър прозрачна от полиуретанов филм, с прорез за фиксиране на катетри и канюли размер 6/7 см или 8/6 – предоставената мостра не е прозрачна, а е от нетъкан материал.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЩ КОНСУМАТИВ

14.4. ЕКГ електроди за монитор -- деца;

14.5. Контактен гел за Ултразвукова диагностика туби x 5л

Предложение вх.№ СН-05-12/29.03.2016 г.-11.00 ч. “ЕЛПАК ЛИЗИНГ”
ЕООД гр. Варна

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор” /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

2. Представените от участника мостри **НЕ ОТГОВАРЯТ** на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи **по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи.”

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на изискването на Възложителя : **„Мострите да бъдат по два броя в оригинални опаковки**, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи” за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД

Участникът е представил по 1 чифт за мостра от номенклатурните единици в позицията, които не са в оригинална опаковка.

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , PGA, ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

20.5. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни

20.6. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 3/8;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни

20.9. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни;

20.12. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.13. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.17.Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 3/8;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни

20.18. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата режеща ;форма на иглата 3/8;размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни

20.19. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата режеща ;форма на иглата 3/8;размер на иглата HR 19, резербируем до 90 дни

20.20. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48, резербируем до 90 дни

20.21. Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни

20.25. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на режеща ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни;

20.27. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48, резербируем до 90 дни

20.28. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни

20.30. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48 резербируем до 90 дни

20.31. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HRG 48 резербируем до 120 дни

20.35. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата режеща ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 37 резербируем до 90 дни

20.36. Дебелина на конеца 0: 5 x 45 см;вид на иглата кръгла-разкачаема ;форма на иглата 1/2;размер на иглата HR 36-37 резербируем до 90 дни

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

- 20.4. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни – предоставената мостра е с размер на иглата HR 22;
- 20.10. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни – предоставената мостра е с дебелина на конеца 4/0;
- 20.11. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни – предоставената мостра е с дебелина на конеца 3/0;
- 20.15. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 26, резербируем до 120 дни – предоставената мостра е с дебелина на конеца 0;
- 20.22. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни – предоставената мостра е с Дебелина на конеца 2 и дължина на конеца 75 см.;
- 20.33. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца 5 x70 см; лигатура резербируем до 90 дни - предоставената мостра е с Дебелина на конеца 0.

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

- 23.1. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 30
- 23.2. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 24
- 23.3. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 16
- 23.6. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19
- 23.7. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24
- 23.8. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24
- 23.9. Дебелина на конеца 6/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 10.8

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация :

- 23.4. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24 – предоставената мостра е с Дебелина на конеца 0, форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 26

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД гр. Варна срок 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия Протокол № 1, да представи допълнително по 2 броя мостри в оригинални опаковки за:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 РЪКАВИЦИ ЗА ПРЕГЛЕД – за всяка от номенклатурните единици в позицията

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 РЕЗЕРБИРУЕМ ПЛЕТЕН , PGA, ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ

20.5. Дебелина на конца 2/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни

20.6. Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни

20.9. Дебелина на конца 3/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни;

20.12. Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.13. Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни

20.17. Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни

20.18. Дебелина на конца 4/0; дължина на конца приблизително 75 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24, резербируем до 90 дни

20.19. Дебелина на конца 5/0; дължина на конца приблизително 75 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19, резербируем до 90 дни

20.20. Дебелина на конца 0; дължина на конца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 90 дни

20.21. Дебелина на конца 0; дължина на конца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни

20.25. Дебелина на конца 1; дължина на конца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 дни;

20.27. Дебелина на конца 1; дължина на конца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 90 дни

20.28. Дебелина на конца 1; дължина на конца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ; форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48, резербируем до 120 дни

20.30. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48 резербируем до 90 дни
20.31. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HRG 48 резербируем до 120 дни
20.35. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 37 резербируем до 90 дни
20.36. Дебелина на конеца 0: 5 x 45 см; вид на иглата кръгла-разкачаема ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 36-37 резербируем до 90 дни

20.4. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 120 дни ;

20.10. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 180 дни ;

20.11. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 30, резербируем до 90 дни ;

20.15. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 26, резербируем до 120 дни;

20.22. Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 48, резербируем до 90 ;

20.33. Дебелина на конеца 2; дължина на конеца 5 x 70 см; лигатура резербируем до 90 дни .

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 НЕРЕЗЕРБИРУЕМ , ПЛЕТЕН КОНЕЦ

23.1. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ;форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 30

23.2. Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ;форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 24

23.3. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата режеща ;форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 16

23.6. Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19

23.7. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24

23.8. Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24

23.9. Дебелина на конеца 6/0; дължина на конеца приблизително 75 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 1/2; размер на иглата HR 10.8

23.4. Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см; вид на иглата кръгла ;форма на иглата 3/8; размер на иглата HR 19-24.

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор” /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Освен изрично изискуемите от закона и Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи /посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол/, участникът е представил и следните документи:

1. Инструкции за употреба.

2. Представените от участника мостри **НЕ ОТГОВАРЯТ** на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи.”

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на техническата спецификация на медицинския консуматив за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН КОНСУМАТИВ

30.1. Удължител тип човка към анестезиологична и дихателна апаратура – предоставената мостра не е Удължител тип „човка”, а е шланг /въздуховод.

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника “Истлинк България” ЕООД гр. Пловдив **срок 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия Протокол № 1, да представи допълнително по 2 броя мостри в оригинални опаковки за:**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН КОНСУМАТИВ

30.1. Удължител тип човка към анестезиологична и дихателна апаратура.

Предложение вх.№ СН-05-14/29.03.2016 г.-12.30 ч. “АГАРТА-ЦМ”
ЕООД гр. София

1. Участникът е представил изрично изискуемите от закона, Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи в Плик № 1 „Документи за подбор” /виж Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол/. Представените документи са в пълно съответствие с критериите за подбор и със всички изисквания на Закона и на Възложителя.

Освен изрично изискуемите от закона и Възложителя и посочени в Обявлението и документацията за участие документи /посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол/, участникът е представил и следните документи:

1. Удостоверение за актуално състояние.

2. Представените от участника мостри НЕ ОТГОВАРЯТ на изискванията на Възложителя, посочено в Обявлението а именно : „Участникът да представи по два броя образци /мостри/ на предлаганите медицински изделия. Мострите да бъдат в оригинални опаковки, за да послужат за доказване качеството на предлаганите медицински консумативи.”

Комисията констатира следното :

Участникът не е представил мостри или представените мостри не отговарят на техническата спецификация на медицинския консуматив за следните обособени позиции и номенклатурни единици от тях :

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 КАТЕТРИ И СОНДИ

Предоставените мостри не отговарят на техническата спецификация за номенклатурни единици :

8.2. Катетър фoley, двупътен , обем на балона 5/15 мл различни размери №14;16;18;20; 22 – предоставените мостри са обем на балона 30 мл.

8.7. Сонда за хранене за бебета № 06; №8;№10 със заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана – предоставените мостри на сонди нямат 2 странични отвора;

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

Липсват мостри за следните номенклатурни единици от позицията :

9.5. Престилки от полиетилен, предни.

Предвид горното комисията след единодушно гласуване

Р Е Ш И:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП определя на участника "АГАРТА-ЦМ" ЕООД гр. София срок **5 /пет/ работни дни** от получаването на настоящия Протокол № 1, да представи допълнително по **2 броя** мостри в оригинални опаковки за:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 КАТЕТРИ И СОНДИ

8.2. Катетър Foley, двушътен, обем на балона 5/15 мл различни размери №14;16;18;20; 22 ;

8.7. Сонда за хранене за бебета № 06; №8;№10 със заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана;

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

9.5. Престилки от полиетилен, предни.

С това свое действие комисията завърши първото си заседание, като насрочи следващото си заседание за **09.05.2016 г. /понеделник/ от 10.00 часа** в заседателната зала в сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ №1.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Розалина Спасова/

ЧЛЕНОВЕ: 1.

/Пенка Динкова/

2.

/адв. Димитър Митев/

3.

/Радомир Симеонова/

4.

/Красимира Танева/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Таблица за допускане на участниците

Плик № 1														Плик №2	Плик №3		
Списък на участниците	Представяне на участника	Офертата	Декларацията	Декларация-Списък Договори	Декларация за съответствие	CE Марка	Сертификат за качество	Разрешение за търговия	Декларация за срок на годност	Декларация за липса на свързани	Декларация по ЗМИП	Декларация за участие	Декларация за съгласие с условията	Декларация по ЗИФО	Гаранция за участие	Техническо предложение	Ценово предложение
Списък на участниците	Приложение №2	Приложение №1	ЗМИ	Приложение №9	съответствие	С	ISO 9001:2008 или еквивалентно	на едро	т >60%	Приложение №6	Приложение №14	Приложение №4	Приложение №8	Приложение №5	Приложение №3	Приложение 3/	Приложение
СН05-016г. - 10.30 Мед. ЕООД София	да	да	да	да - 3 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	510 лв.	1 бр.	1 бр.
СН05-016г. - 11.20 "Мед. ЕООД София	да	да	да	да - 25 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	1829 лв.	5 бр.	1 общ плик
СН05-016г. - 10.00 "Мед. ЕООД София	да	да	да	да - 9 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	440 лв.	1 бр.	1 бр.
СН05-016г. - 11.07 "Мед. ЕООД България" р.София	да	да	да	да - 4 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	1990 лв.	6 бр.	6 бр.
СН05-016г. - 11.10 ч "Мед. ЕООД София	да	да	да	да - 3 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	412 лв.	4 бр.	4 бр.
СН05-016г. - 11.55 ч "Мед. ЕООД София	да	да	да	да - 6 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	б.г. за 3664 лв. + 120 лв.	26 бр.	26 бр.

Плик № 1

Списък документи	Представяне на участника	Оферта - Приложение №1	Декларация, че отговорят на ЗМИ	Декларация-Списък договори Приложение №9	Декларация за съответствие	СЕ Марка дир.9 8/79/ЕС	Сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентно	Разрешение за търговия на едро	Декларация за срок на годност >60%	Декларация за липса на свързани ост-Приложение №6	Декларация по ЗМИП - Приложение №14	Мостри	Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП - Приложение №4	Декларация за изпълнение и Приложение №7/№8	Декларация за съгласие с условията - Приложение №5	Декларация по ЗИФО - Приложение №13	Гаранция за участие	Плик №2	Плик №3
Частник	да	да	да	да - 3 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	302 лв.	1 общ с 3 бр.	1 общ плик
№СН05-016г.-09.10 ч. "Тех" ООД - София	да	да	да	да - 5 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	б.г-я за 2488 лв.	1 общ с 19 бр.	1 общ плик
№СН05-016г.-09.30 ч. "Медикал" - гр.София	да	да	да	да - 3 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	б.г-я за 1250 лв.	1 общ с 6 бр.	1 общ плик
№СН05-016г.-09.45 ч. "Трейдинг" АД - София	да	да	да	да - 13 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	б.г-я за 4000 лв.	18 бр.	18 бр.
№СН05-016г.-09.52 ч. "с" ООД - тровград	да	да	да	да - 4 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	б.г-я за 2472 лв.	1 общ с 10 бр.	1 общ плик

Плик № 1														Плик №2	Плик №3					
Частник	Списък документи	Представяне на участника - Приложение №2	Офертата - Приложение №1	Декларация, че отговарят на ЗМИ	Декларация-Списък договори - Приложение №9	Декларация за съответствие	СЕ Марка дир.9 8/79/ЕС	Сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентно	Разрешение за търговия на едро	Декларация за срок на годност >60%	Декларация за липса на свързани ост-Приложение №6	Декларация по ЗМИП - Приложение №14	Мостри	Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП - Приложение №4	Декларация за подизпълнител - Приложение №7/№8	Декларация за съгласие с условията - Приложение №5	Декларация по ЗИФО - Приложение №13	Гаранция за участие	Техническо предложение /Приложение 3/	Ценово предложение - бр.
№СН05-016г.-11.00 ч. "Лизинг" ЕООД - Варна	да	да	да	да	да - 4 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	Б-г-я за 846 лв.	4 бр.	4 бр.
№СН05-016г.-11.30 ч. "М" ЕООД - гр.Пловдив	да	да	да	да	да - 6 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	3316 лв.	18 бр.	18 бр.
№СН05-016г.-12.30 ч. "М" ЕООД - София	да	да	да	да	да - 8 доказателства	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	Б-г-я за 3257 лв.	17 бр.	17 бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалина Спасова.....

ЧЛЕНОВЕ:

1. Красимира Танева.....

2. адвокат Димитър Митев.....

3. Радост Симеонова.....

4. Пенка Динкова.....