




МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул. "Христо Ботев" 1, Изпълнителен директор: 044/611 701
Централа: 044/611 700, факс: 044/624 326, e-mail: mbal.sl@iradeum.com



РАЗЯСНЕНИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по документацията за участие в отрита процедура по ЗОП с предмет : „Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен”, в съответствие с разпоредбите на чл. 33 ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗОП и в установения в закона срок, даваме следните разяснения :

ОТНОСНО :

Постъпило искане за разяснения по документацията с вх.№ РД-09-4680 / 12.08.2016 г.

„След внимателно разглеждане на документацията с предмет „Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по трансфузионна хематология и Отделение по функционална диагностика при МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен” и на основание чл.33, ал.1, молим за следните разяснения по позиция № 30 „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология”

Въпрос № 1 : За номенклатурен ред 10 ”Na Cl, ензимен тест”, какво представлява?

Отговор : ”Na Cl, ензимен тест” е стандартен хематологичен тест, представляващ агарозен гел, положен на специални карти, работещи на центрофуга.

Въпрос № 2 : За номенклатурен ред 14 „IDK - Liss/Coombs” кои точно показатели да включват?

Отговор : Изследване по Liss е стандартно хематологично изследване, представляващо агарозна карта, работеща на центрофуга.

Въпрос № 3 : За номенклатурен ред 15 „IDK - Liss/Coombs + ензимен тест” кои точно показатели да включват?

Отговор : „IDK - Liss/Coombs + ензимен тест” е композиция от 3 микропруветки в 1 карта, комбинация от ”Na Cl, ензимен тест” и „IDK - Liss/Coombs”, за да се получат резултатите от двете изследвания заедно.

Въпрос № 4 : За номенклатурен ред 15 - АТС : Моля, потвърдете, че се има предвид АГС / антиглобулинов серум /?

Отговор : ДА. Има се предвид АГС / антиглобулинов серум /?.
Допуснатата е техническа грешка при изписването в Спецификацията.

Въпрос № 5 : За номенклатурен ред 18 - „Diluent 1” :. Какъв химичен състав да има ?

Отговор : Diluent 1 е бромелинов разтвор, по стандарт, необходим за първоначална обработка на кръвта и подготовка за изследванията по картите. Точният химичен състав е търговска тайна на всеки производител.

Въпрос № 6 : За номенклатурен ред 19 - „Diluent 2” :. Какъв химичен състав да има ?

Отговор : Diluent 2 е разтвор с ниска йонна сила, по стандарт, необходим за първоначална обработка на кръвта и подготовка за изследванията по картите. Точният химичен състав е търговска тайна на всеки производител.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/д-р Васислав Петров/